

OBIECTIV
„IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA
SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN
TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA ”

LISTA
cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari actualizate

LISTA DOTARI MEDICALE - LOT 3

NR. CRT	DENUMIRE DOTARE	CANT	U.M.	PRET LEI FARA TVA	VALOARE LEI FARA TVA	FISA TEHNICA NR.
1	Trusa prim ajutor	20	buc			1
2	Scaun stomatologic	1	buc			2
3	Dispozitiv sterilizare truse: autoclav + accesorii	1	set			3
	TOTAL					

PROIECTANT,
SC EUROPROIECT SRL



BENEFICIAR,
MUNICIPIUL TARGOVISTE

OBIECTIV
„IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA
SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN
TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA ”

FISA TEHNICA NR. 1

LISTA DOTARI MEDICALE

Dotare:

TRUSA DE PRIM - AJUTOR

Nr Crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1.	Parametri tehnici și funcționali Descriere: TRUSA DE PRIM-AJUTOR Parametri tehnici și funcționali Descriere: - vata hidrofila sterila, pachet A 50 g – 2 buc. - bandaj triunghiular l = 80mm – 2 buc - feșe din tifon mari 10cm/5 m – 3 buc - feșe din tifon mici 5cm/4m – 5 buc - plasture 6cm/50cm – 1 buc - pansament cu rivanol 6cm/10cm – 5 buc - pansament individual 2cm/6cm – 10 buc - leucoplast 2,5cm/2,5m – 1rola - pipa Guedel marimea 10 – 1 buc - deschizator de gura din material plastic – 1 buc - garou elstic 50cm – 1 buc - atele din material plastic – 2 seturi - leucoplast 5cm/3m – 1 rola - manusi de examinare, pereche – 4 buc - comprese sterile 10cm/8cm – 10 pach - alcool sanitar 200ml – 1 buc - alcool iodat 200ml – 1 buc - pipa Guedel marimea 4 – 1 buc - dispozitiv de respiratie gura la gura – 1 buc - Rivanol solutie 1%. 200ml – 1 buc. - apa oxigenata sau perogen – 1 buc - batiste de hartie cu solutie dezinfectanta – 10 buc - foarfeca cu varfuri boante – 1 buc - creion – 1 buc. - caiet 50 pagini – 1 buc - pahare de unica folosinta – 5 buc - ace de siguranta – 12 buc - broșura cu instructiuni de prim-ajutor – 1 buc.		

	-Trusa sanitara se compune dintr-o cutie din material plastic, cu colturi si muchii rotunjite, in care sunt depozitate instrumente si materiale sanitare, medicamente si materiale diverse. Trusa trebuie insotita de kit de prindere pe perete(dibluri) Nr. bucati:20		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta in exploatare Montaj: in interior Se va prezenta fisa tehnica a produsului redactata in limba romana si certificat de garantie/ valabilitate si calitate /conformitate conform legislatiei actuale		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Continutul minim obligatoriu al trusei sanitare (conform prevederilor Ordinului Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 427 din 14.06.2002 actualizat si a legislatiei in vigoare)		
4.	Conditii de garantie si postgarantie -termenul de garantie: min 24 luni de la data livrarii produsului sau conform legii		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic -Nu e cazul		

Proiectant,
S.C. EUROPROIECT S.R.L.



OBIECTIV
„IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA
SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN
TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA ”

FISA TEHNICA NR. 2

LISTA DOTARI MEDICALE

Dotare:		SCAUN STOMATOLOGIC	
Nr Crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1.	Parametri tehnici și funcționali Descriere: SCAUN STOMATOLOGIC Parametri tehnici și funcționali Descriere: UNIT DENTAR avand urmatoarele caracteristici si dotari minimale: -fotoliu stomatologic tapitat cu 1- 2 manere rabatabile, dispune minimum doua pozitii memorate. -lampa scialitica cu min. doua pozitii cu led -chiuveta ceramica integral pentru o mai buna igiena -panou comanda asistenta cu terminale de spray/apa , -aspirator saliva pe apa si aspirator chirurgical pe aer , -temporizator apa -furtune cu conectie tip midwest -panou comanda multifunctional -negatoscop miniatural -manometru control presiune aer instalat pe masa de instrumente -cu tava instrumentar mare -circuit separat apa -incalzitor apa- Cutie conexiuni: pentru realizarea conexiunilor la rețeaua de apă, canalizare, aer și alimentarea cu curent -manometru pentru presiunea aerului de lucru -regulator presiune cu filtru pentru de lucru aer - Filtru de apa pentru alimentarea din retea - Comutator electric- sigurate de protectie -scaunul medicului este inclus, fiind in aceeasi paleta coloristica cu a fotoliului dentar,tapitat, hidraulic, reglabil pe inaltime Pretul ofertat va include atat scaunul stomatologic-setul complet prezentat in fisa - cat si transportul, instalarea/montajul si instruirea utilizatorilor de catre furnizor Nr. bucati:1		

	Observatii: Caracteristicile indicate sunt orientative. Se accepta tipul de dotare care se incadreaza in specificatiile respective, sau prezinta caracteristici superioare celor indicate.		
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Montaj: in interior. Se va prezenta fisa tehnica a produsului redactata in limba romana si certificat de garantie si calitate /conformitate conform legislatiei actuale		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Certificate confome cu legislatia in vigoare		
4.	Condiții de garanție și postgaranție -termenul de garanție: min 24 luni de la data livrării produsului. - lucrările de service în garanție și postgaranție se efectuează de firma furnizoare;		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic -Nu e cazul		

Proiectant,
S.C. EUROPROIECT S.R.L.



OBIECTIV
„IMBUNATATIREA INFRASTRUCTURII EDUCATIONALE
PRIN EXTINDEREA, REABILITAREA, MODERNIZAREA SI ECHIPAREA
SCOLII GIMNAZIALE “TUDOR VLADIMIRESCU” DIN
TARGOVISTE, JUD. DAMBOVITA ”

FISA TEHNICA NR. 3

LISTA DOTARI MEDICALE

Dotare: DISPOZITIV STERILIZARE TRUSE - AUTOCLAV + ACCESORII

Nr Crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
1.	Parametri tehnici și funcționali Descriere: DISPOZITIV STERILIZARE TRUSE : AUTOCLAV SI ACCESORII - 1 SET COMPUS DIN: AUTOCLAV -1 BUC Specificatii tehnice -Dimensiuni exterioare aproximative : 350-500x350-500(h)x390-600 mm -Dimensiuni aproximative camera sterilizare: 300-400x200-400(h)x200-400 mm -Camera interioara din otel inoxidabil -Termostat reglabil: 50° C - 300° C -Timp reglabil: 0 – 600 min. -Puterea absorbita: max 1500W -Alimentare: 230/240 V -Temperatura de sterilizare: 120° C - 250° C Elemente accesorii incluse in pachet : - DISTILATOR DE APA -1 BUC; - SIGILATOR PUNGI SIGILARE -1 BUC. DISTILATOR APA • Permite obtinerea apei distilate prin fierbere si codensarea ulterioara a aburului Date tehnice orientative: • Voltaj: 110V – 240V / 50Hz – 60Hz • Putere: min.750W • Capacitate orientativa: 1l- 4l • Greutate orientativa: 3-5kg • Cu cablu de alimentare SIGILATOR PUNGI STERILIZARE PENTRU INSTRUMENTARUL STOMATOLOGIC Aparatul este compus din: Placa de presiune, Placa sigilare, intrerupator alimentare, Maner taietor,		

	Indicator temperatura, Buton reglare temperatura, suport. Aparatul pentru sigilat sa fie prevazut cu un sistem de reglare a temperaturii si protectie la supraincalzire Date tehnice orientative: • Putere : min 100W; • Greutate orientativa: 4-7 kg • Temperatura de sigilare: max 200°C+/- 10°C • Latime maxima rola sigilare: 300 mm • Cu cablu de alimentare Observatii: Caracteristicile indicate sunt orientative. Se accepta tipul de dotare care se incadreaza in specificatiile respective, sau prezinta caracteristici superioare celor indicate.		
2.	Specificatii de performanță și condiții privind siguranța în exploatare Montaj: in interior. Se va prezenta fisa tehnica a produsului redactata in limba romana si certificat de garantie si calitate /conformitate conform legislatiei actuale, pentru fiecare aparat component al pachetului.		
3.	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante Certificate confome cu legislatia in vigoare		
4.	Condiții de garanție și postgaranție -termenul de garanție: min 24 luni de la data livrării produsului. - lucrările de service în garanție și postgaranție se efectuează de firma furnizoare;		
5.	Alte condiții cu caracter tehnic - carte tehnica in limba romana si detalierea tuturor ansamblurilor componente, instructiuni de montare si exploatare, masuri specifice de tehnica securitatii muncii, agrement tehnic si revizii (dupa caz).		

Proiectant,
S.C. EUROPROIECT S.R.L.

